

Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser stab

Handläggare Peo Hermansson medicinsk rådgivare

Regeringskansliet

Socialdepartementet

s.remissvar@regeringskansliet.se

s.fs@regeringskansliet.se

Dnr. S2019/05187/FS

Remiss av Socialstyrelsens rapport: Förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter i Sverige (S2019/05187/FS)

Sammanfattning

Region Gävleborg har erbjudits att inkomma med synpunkter på Socialstyrelsens rapport kring förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter i Sverige

Region Gävleborg ser övervägande positivt på innehållet i rapporten när det gäller möjlighet till reprocessing av engångsprodukter, dock med nedanstående kommentarer.

Kommentarer

- Region Gävleborg ser svårigheter i att genomföra kontroll av produktöverensstämmelse via ett anmält organ enligt artikel 17.3 då det saknas ett anmält organ i Sverige som kan genomföra detta.
- Regionen saknar en heltäckande konsekvensbeskrivning av det omfattande arbete som krävs i respektive region vad avser
 - Analys av i vilken utsträckning reprocessing av engångsprodukter sker i dag i samtliga verksamheter.
 - Vilken påverkan nya riktlinjer kommer att ha för vården och i slutändan den enskilde patienten utifrån ekonomiska faktorer och även risken att vårdgivare väljer att inte reprocessa och återanvända produkter som tidigare.

Region Gävleborg



Johan Kaarme
Hälso- och sjukvårdsdirektör